

正本

检验报告



报告书号：威 疾控 字（2025）第20254018号

检品名称：压力蒸汽灭菌效果检测

被检单位：威海市环保科技服务有限公司



威海市疾病预防控制中心

二零二五年九月十九日

声明：

- 1、对本报告检测结果如有异议，请于接到报告之日起15日内向本实验室提出，否则不予受理。
- 2、备查样品存样期限仅为30天，逾期销毁。
- 3、对送检、委托检验，本实验室只对送检样品负责。
- 4、复制检测报告书，必须经本实验室批准，加盖检测印章后方可生效。

报告加盖骑缝章方可生效。

检验报告

威 疾 控 字 (2025) 第20254018号

第 1 页 共 2 页

项目编号: 20254018

采样日期: 2025. 09. 10

项目名称: 压力蒸汽灭菌效果检测

接收日期: 2025. 09. 10

采样地点: 威海市环科技服务有限公司

检品数量: 11

检测与评价依据:

GB/T 15981-2021 消毒器械灭菌效果评价方法

检验结论:

不作评价。

使用的仪器:

仪器编号

仪器名称

仪器型号

WJK-393

恒温培养箱

BD115



编制人:

姚瑶

批准人:

解川

审核人:

张东波

批准时间: 2025年09月19日



地址 (ADD): 威海市南苑路5A-1号

邮编 (P.C.): 264200

电话 (Tel): 0631-5300077

检验报告

威 疾 控 字 (2025) 第20254018号

第 2 页 共 2 页

样品序号	样品名称	项目名称	结果	单位	是否合格
20254018-001	高压灭菌室-1号灭菌锅	压力蒸汽灭菌效果	无菌生长	/	符合
20254018-002	高压灭菌室-2号灭菌锅	压力蒸汽灭菌效果	无菌生长	/	符合

