

正本

# 检 验 报 告

报告书号：威 疾控 字（2025）第20254029号

检品名称：消毒效果检测

被检单位：环保科技有限公司

  
威海市疾病预防控制中心  
二零二五年十二月二十二日

声明:

- 1、对本报告检测结果如有异议,请于接到报告之日起15日内向本实验室提出,否则不予受理。
- 2、备查样品存样期限仅为30天,逾期销毁。
- 3、对送检、委托检验,本实验室只对送检样品负责。
- 4、复制检测报告书,必须经本实验室批准,加盖检测印章后方可生效。

---

报告加盖骑缝章方可生效。

# 检验报告

威 疾 控 字 (2025) 第20254029号

第 1 页 共 2 页

项目编号: 20254029

采样日期: 2025. 12. 09

项目名称: 消毒效果检测

接收日期: 2025. 12. 09

采样地点: 环保科技有限公司

检品数量: 11

## 检测与评价依据:

GB/T 15981-2021 消毒器械灭菌效果评价方法

## 检验结论:

不作评价

## 使用的仪器:

仪器编号

仪器名称

仪器型号

WJK-184

恒温培养箱

MIR-162



编制人:

姚瑶

批准人:

解川

审核人:

张东波



批准时间: 2025年12月22日

地址 (ADD): 威海市南苑路5A-1号

邮编 (P.C.): 264200

电话 (Tel): 0631-5300077

# 检验报告

威 疾 控 字 (2025) 第20254029号

第 2 页 共 2 页

样品序号	样品名称	项目名称	结果	单位	是否合格
20254029-001	灭菌车间-1号灭菌锅	压力蒸汽灭菌效果	无菌生长	/	--
20254029-002	灭菌车间-2号灭菌锅	压力蒸汽灭菌效果	无菌生长	/	--